



Офтальмоскоп HEINE BETA 200 S Руководство пользователя.

Примечание:

Перед использованием офтальмоскопа HEINE BETA 200 S внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Область применения:

Данный прибор предназначен для обследования глаза.

Требования безопасности:

Используйте только рукоятки или источники питания, предназначенные для медицинских приборов. Вольтаж сети должен совпадать с вольтажом лампочки.

Ключ к иллюстрации:

1. Опора для очков
2. Пылезащитная диафрагма
3. Корректирующие линзы: от +38 до -36 дптр
4. Индикатор диоптрий (плюс = зеленый, минус = красный)
5. Упор для большого пальца
6. Галогенная лампа HEINE XHL
7. Контактная шейка
8. Пыленепроницаемое окно
9. Диск диафрагм
10. Переключатель фильтров (интерференционный свободный от красного света фильтр можно использовать с любой диафрагмой)

Использование прибора

Для удобства пользователя прибор нужно держать так, чтобы большой палец находился на упоре для большого пальца (5). Такое положение позволяет работать с диском линз (3), диском апертур (9) и переключателем фильтров (10).

Замена лампочки:

Примечание: Правильная работа прибора гарантирована только в том случае, если используются лампочки HEINE.

Отсоедините офтальмоскоп от рукоятки и вытащите лампочку.

Протрите новую лампочку мягкой тканью.

Вставьте новую лампу в прибор так, чтобы штырек (7) вошел в отверстие.

Очистка

Для очистки корпуса прибора используйте ткань, смоченную спиртом. Протрите стекло (2) и (8) и индикатор диоптрий (4) ватным тампоном, смоченным в спирте. Кончик тампона нужно перемещать по спирали от центра к краю окошка.

Запасные части и аксессуары

Галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V

X-01.88.069

Ксеноновая лампа HEINE XHL 3,5 V

X-02.88.070
